



RAPPORT D'ANALYSE

N° de regroupement 412114
N° de Dossier 1219084
N° Echantillon : 1
Page N°: 1/2

RCS PAU 98 B 263 - N° SIRET 418 814 059 00014 - CODE APE 7120B
88, Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

Echantillon :
Eau saline

Lieu de prélèvement :
/

Nature de l'échantillon :
Eau saline

Prélèvement assuré par :
le client le 31/10/2025

Réception au laboratoire :
31/10/2025

Demandeur de l'analyse :
Autocontrôle

Copie(s) des résultats à :
ODE VIE SARL

ODE VIE SARL
LECHEVALIER Loic

Clos de la Fonderie,17
CH-
1227 CAROUGE - SUISSE

Responsabilité technique des analyses :

Chimie de l'environnement : Elodie LABORDE-GANNE - Severine LAFFONT - Virginie FROMENTAL

PARAMETRES	RESULTAT	UNITE	METHODE
------------	----------	-------	---------

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Anions minéraux

Brome <i>Date de mise en analyse : 13/11/2025</i>	68933	µg/l	MI : MAM/MO02	L
Chlorure <i>Date de mise en analyse : 31/10/2025 à 22:24</i>	23000	mg/l	NF EN ISO 10304-1	L
Fluorures <i>Date de mise en analyse : 03/11/2025</i>	0,961	mg/l	NF T 90-004	L
Iode <i>Date de mise en analyse : 24/11/2025</i>	87,5	µg/l	NF EN ISO 17294-2	L
Sulfate <i>Date de mise en analyse : 31/10/2025 à 22:24</i>	3600	mg/l	NF EN ISO 10304-1	L

Cations minéraux

Calcium <i>Date de mise en analyse : 03/11/2025</i>	386	mg/L	NF EN ISO 11885	L
Potassium <i>Date de mise en analyse : 04/11/2025</i>	581	mg/L	NF EN ISO 11885	L
Magnésium <i>Date de mise en analyse : 04/11/2025</i>	1420	mg/L	NF EN ISO 11885	L
Sodium <i>Date de mise en analyse : 05/11/2025</i>	11400	mg/L	NF EN ISO 11885	L

Métaux

Manganèse <i>Date de mise en analyse : 03/11/2025</i>	<2	µg/l	NF EN ISO 17294-2	L
Strontium <i>Date de mise en analyse : 03/11/2025</i>	7238	µg/l	NF EN ISO 11885	L
Zinc <i>Date de mise en analyse : 03/11/2025</i>	16,3	µg/l	NF EN ISO 17294-2	L

Produits minéraux

Phosphore total <i>Date de mise en analyse : 31/10/2025</i>	0,021	mg/l	NF EN ISO 11885	L
Sélénium <i>Date de mise en analyse : 03/11/2025</i>	<20	µg/l	NF EN ISO 11885	L
Soufre <i>Date de mise en analyse : 04/11/2025</i>	1020	mg/L	NF EN ISO 11885	L
Silicium <i>Date de mise en analyse : 31/10/2025</i>	0,406	mg/l	NF EN ISO 11885	L



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

N° de regroupement 412114
N° de Dossier 1219084
N° Echantillon : 1
Page N°: 2/2

RCS PAU 98 B 263 - N° SIRET 418 814 059 00014 - CODE APE 7120B
88. Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

PARAMETRES	RESULTAT	UNITE	METHODE
------------	----------	-------	---------

PARAMETRES GLOBAUX

Paramètres globaux

Résidu sec à 260°C <i>Date de mise en analyse : 28/10/2025</i>	39600	mg/l	Méthode interne : CHR_MO25
---	-------	------	----------------------------

L

Indices globaux

Carbone organique total » <i>Date de mise en analyse : 04/11/2025 à 18:59</i> » (Hors composés purgeables)	0,943	mg/l	NF EN 1484 (oxydation thermique)
--	-------	------	----------------------------------

C* L

Commentaires techniques :

Prélèvement assuré par le client, l'exactitude des informations fournies sont sous la responsabilité de celui-ci, le résultat s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

----- FIN DE RAPPORT -----

à Lagor, le 25/11/2025



Agréé par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère
de la transition écologique et solidaire dans les conditions de
l'arrêté du 23 juin 2023.

ACCREDITATIONS :

N° 1-1173
N° 1-1059
N° 1-6954
N° 1-6790
Liste des sites et
portées disponibles sur
www.cofrac.fr

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.
L'accréditation de la section Essai du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par
l'accréditation C*
MI : Méthode Interne
La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Rattachement site d'analyses : L (Lagor), T (Tarbes), MD (Mont De Marsan), P (Pardies), ST (sous-traitance).

Responsable Unité
adjointe

J. LAFARGUE